



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Управа за заштиту биља
Омладинских бригада 1, Нови Београд
Број: 404-02-348/2016-11
Датум: 14.10.2016. године

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку број 404-02-348/2016-11

У вези поступка јавне набавке агрометеоролошких станица, редни број 1.1.5. број 404-02-348/2016-11 за коју је позив објављен на Порталу Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs као и на интернет адреси Наручиоца www.uzb.minpolj.gov.rs, Наручиоцу је, дана 13.10.2016. године електронском поштом стигао допис потенцијалног понуђача са постављеним питањима следећег садржаја:

1. Да ли је у питању грешка код сензора за сунчево зрачење, где тражите прецизност од $\pm 20\%$? То је јако мала прецизност па предпостављамо да је у питању грешка, пошто је уобичајено да прецизност буде $\pm 5\%$ или прецизније.

2. Код доказивања о једном запосленом који има стечено високо образовање из техничких наука, тражите копију М4 обрасца. Да није у питању МА образац јер М4 је доказ о упису радног стажа?

У вези са тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, 68/2015), а у складу са конкурсном документацијом, Комисија даје следеће одговоре:

1. Није у питању грешка - ради се о минималном захтеву (што је и назначено у конкурсној документацији у заглављу табеле са техничким спецификацијама сензора).

Образложење:

За аутоматске-метеоролошке станице ове намене (за потребе микрометеоролошких мерења у усеви/засади) потребе задовољавају сензори опсега мерења од $(0-1800) \text{ W/m}^2$ до $(0-2000) \text{ W/m}^2$ и резолуцијом мерења од 1 W/m^2 до 4 W/m^2 . За овакве уређаје уобичајена прецизност мерења је $\pm 3\%$, $\pm 5\%$, $\pm 6.5\%$ и $\pm 20\%$ а као мерни елементи се јављају фотодиода и теремистор-бриц.

Имајући наведено у виду, искључиво као минимални захтев техничких карактеристика сензора за сунчево зрачење, је тражено:

- опсег мерења од 0 W/m^2 до 1800 W/m^2 ,
- резолуција мерења до 4 W/m^2 ,
- прецизност мерења до $\pm 20\%$.

2. У питању је грешка, односно потребно је доставити копију МА обрасца, а не обрасца М4 како је наведено у конкурсној документацији.

Напомињемо да све измене, додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде представљају саставни део конкурсне документације.

КОМИСИЈА